Integra® Miltex®
Plain and Chromic Gut Suture
Absorbable Surgical Sutures, U.S.P.

INTEGRA

Rx Only CAUTION: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a licensed practitioner.

Instructions for Use/English

Description
Integra® Miltex® Plain and Chromic Gut Suture is absorbable sterile, surgical suture composed of purified connective tissue (mostly collagen) derived from the serosal layer of beef (bovine) intestines. They are packaged in a solution of 90% Isopropyl Alcohol, 0.5% Sodium Benzoate, 0.5% Diethylethanolamine, q.s. and 100% Pure Distilled Water. Chromic gut is treated with chromic salt solution. Plain and Chromic Gut Suture meets all requirements established by the United States Pharmacopeia (U.S.P.) for Natural Absorbable Surgical Suture.

Indications For Use
Integra® Miltex® Plain and Chromic Gut is indicated for use in general soft tissue approximation and/or ligation, including use in ophthalmic procedures, but not for use in cardiovascular and neurological procedures.

Contraindications
The use of this suture is contraindicated in patients with known sensitivities or allergies to collagen or chromium, as gut is a collagen based material, and chromic gut is treated with chromic salt solutions.

Warnings
- Do not resterilize. Discard open, unused sutures. Avoid prolonged exposure to elevated temperatures.
- As with any foreign body, prolonged contact of this or any other suture with salt solutions, such as those found in the urinary and biliary tracts, may result in calculus formations.
- This suture, being absorbable, should not be used where extended approximation of tissue is required.
- Users should be familiar with surgical procedures and techniques involving gut sutures before using Plain and Chromic Gut Suture for wound closure, as risk of wound dehiscence may vary with the site of application and the suture material used.
- Certain patients may be hypersensitive to collagen or chromium and might exhibit an immunological reaction resulting in inflammation, tissue granulation or fibrosis, wound suppuration and bleeding, as well as sinus formation.
- Acceptable surgical practice should be followed with respect to drainage and closure of contaminated or Infected wounds.
- The use of supplemental nonabsorbable sutures should be considered by the surgeon in the closure of sites, which may undergo expansion, stretching, or distension or which may require additional support.

Precautions
- In handling this or any other suture material, care should be taken to avoid damage from handling. Avoid crushing or crimping damage due to application of surgical instruments such as forceps or needle holders.
- Adequate knot security requires the accepted surgical technique of flat, square ties, with additional throws as warranted by surgical circumstance and the experience of the surgeon. The use of additional throws may be particularly appropriate when knotting monofilaments.
- The surgeon should avoid unnecessary tension when running down knots to reduce the occurrence of surface fraying and weakening of the stand.
- Under some circumstances, notably orthopedic procedures, immobilization by external support may be employed at the discretion of the surgeon.
- Care should be taken when opening packaging containing preservative solutions to avoid splashing.
- Follow sharps safety protocol for disposal of suture needles.
- Do not use after expiration date.

Adverse Reactions
Adverse effects associated with the use of this device include: wound dehiscence, variable rates of absorption over time (depending on the type of suture used, the presence of infection and the tissue site), failure to provide adequate wound support in closure of sites where expansion, stretching or distention occur, etc., unless additional support is supplied through the use of non-absorbable suture material failure to provide adequate wound support in elderly, malnourished or debilitated patients or in patients suffering from cancer, anemia, obesity, diabetes, infection or other conditions which may delay wound healing, allergic response in patients suffering from cancer, anemia, obesity, diabetes, infection or other conditions which may delay wound healing, allergic response in patients with known sensitivities to collagen or chromium which may result in an immunological reaction resulting in inflammation, tissue granulation or fibrosis, wound suppuration and bleeding, as well as sinus formation, infected wounds, moderate tissue inflammatory response characteristic of foreign body response, calculi formation in urinary and biliary tracts when prolonged contact with salt solutions such as urine and bile occurs, and transitory local irritation.

Instructions
When Plain and Chromic Gut Suture is placed in tissue, a moderate tissue inflammation occurs as characteristic of foreign body response to a substance. This is followed by a loss of tensile strength and suture mass, as the proteolytic enzymatic digestive process dissolves the surgical gut.

This process continues until the suture is completely absorbed. Many variable factors may affect the rate of absorption. Some of the major factors, which can affect tensile strength loss and absorption rates, are:

1. Type of suture – Plain gut generally is expected to absorb more rapidly than chromic gut.
2. Infection – Surgical gut is absorbed more rapidly in infected tissue than in non-infected tissue.
3. Tissue sites – Surgical gut will absorb more rapidly in tissue where increased levels of proteolytic enzymes are present, as in the secretions exhibited in the stomach, cervix and vagina.

How Supplied
Plain and Chromic Gut Sutures are available sterile, in U.S.P. sizes 3-0 through 5-0 in a variety of lengths, with permanently attached needles. These sutures are supplied sterile.

Storage Conditions:
Store at 15°-25°C (59°-77°F). Keep away from direct heat.

Returned Goods Policy
Products must be returned in unopened packages with manufacturer's seals intact to be accepted for replacement or credit unless returned due to a complaint of product defect. Determination of a product defect will be made by Integra. Products will not be accepted for replacement if they have been in the possession of the customer for more than 120 days.

Product Information Disclosure
INTEGRA AND ITS SUBSIDIARIES ("INTEGRA") AND MANUFACTURER EXCLUDE ALL WARRANTIES, EXCEPT INTEGRA'S APPLICABLE STANDARD WARRANTY WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. NEITHER INTEGRA NOR MANUFACTURER SHALL BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE, DIRECTLY OR INDIRECTLY ARISING FROM USE OF THIS PRODUCT. NEITHER INTEGRA NOR MANUFACTURER ASSUME NOR AUTHORIZE ANY PERSON TO ASSUME FOR THEM ANY OTHER OR ADDITIONAL LIABILITY OR RESPONSIBILITY IN CONNECTION WITH THESE PRODUCTS.

Symbols used on labeling



Rx ONLY CAUTION: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician

[1] Company responsible for a device marketed under its own name regardless of whether "manufactured for" or "manufactured by" the company.

Integra York PA, Inc. ▪ 589 Davies Drive, York, PA 17402
866-854-8300 USA ▪ +1 717-840-2763 outside USA
+1 717-840-9347 fax
integralife.com/integra-miltex

Integra, the Integra logo and Miltex are registered trademarks of Integra LifeSciences Corporation or its subsidiaries in the United States and/or other countries. ©2014 Integra LifeSciences Corporation. All Rights Reserved. DENTSUTUREGUT Rev. A 12/10/14

Integra® Miltex®
Suturas quirúrgicas absorbibles
Sutura de catgut simple y crómico, U.S.P.

PRECAUCIÓN, sólo con receta médica: Las leyes federales de EE. UU. restringen la venta de este dispositivo por prescripción de un médico o facultativo con licencia.

Instrucciones de uso/inglés

Descripción
La sutura de catgut simple y crómico Integra® Miltex® es una sutura quirúrgica absorbible estéril compuesta de tejido conectivo purificado (principalmente colágeno) derivado de la capa serosa de los intestinos (de bovinos). Se presentan envasadas en una solución de 90% alcohol isopropílico, 0,5% benzoato de sodio, 0,5% dietiletanolamina, q.s. y agua destilada 100% pura. El catgut crómico es tratado con una solución de sal crómica. La sutura de catgut simple y crómico cumple todos los requisitos establecidos por la United States Pharmacopeia (U.S.P.) para las suturas quirúrgicas naturales absorbibles.

Instrucciones de uso
El catgut simple y crómico Integra® Miltex® es indicado para usarse en la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, incluido el uso en procedimientos oftálmicos, pero no en procedimientos cardiovasculares y neurológicos.

Contraindicaciones
El uso de esta sutura está contraindicado en pacientes con sensibilidades o alergias conocidas al colágeno o al cromo, ya que el catgut es un material a base de colágeno, y el catgut crómico es tratado con soluciones de sal crómica.

Advertencias
- No volver a esterilizar. Deseche las suturas abiertas que no hayan sido utilizadas. Evite la exposición prolongada a temperaturas elevadas.
- Al igual que con cualquier objeto extraño, el contacto prolongado de esta o de cualquier otra sutura con soluciones salinas, tales como las que se encuentran en los tractos urinarios y biliares, puede resultar en la formación de cálculos.
- Esta sutura, al ser absorbible, no debe utilizarse donde se requiera una aproximación extendida de los tejidos.
- Los usuarios deben estar familiarizados con las técnicas y los procedimientos quirúrgicos que impliquen el uso de suturas de catgut antes de usar la sutura de catgut simple y crómico para el cierre de heridas, ya que el riesgo de dehiscencia de la herida puede variar con el lugar de aplicación y el material de sutura utilizado.
- Ciertos pacientes pueden tener hipersensibilidad al colágeno o al cromo, y pueden presentar una reacción inmunitaria que resulte en la inflamación, granulación o fibrosis de los tejidos, supuración y sangrado de la herida, así como la formación de una fístula.
- Se debe seguir una práctica quirúrgica aceptable respecto del drenaje y cierre de las heridas contaminadas o infectadas.
- El cirujano debe considerar el uso de suturas adicionales no absorbibles para el cierre de los lugares que puedan expandirse, estirarse o distenderse, o que puedan requerir un apoyo adicional.

Precauciones
- Al manipular este o cualquier otro material de sutura, se debe tener cuidado de evitar provocar daños por la manipulación. Evite producir daños por aplastamiento o prensado debido a la aplicación de instrumentos quirúrgicos tales como fórceps o portaagujas.
- La seguridad adecuada del nudo requiere la técnica quirúrgica aceptada de nudo cuadrado plano, con lazadas adicionales según lo requiera la circunstancia quirúrgica y la experiencia del cirujano. El uso de lazadas adicionales puede ser particularmente adecuado cuando se estén anudando monofilamentos.
- El cirujano debe evitar crear una tensión innecesaria al realizar los nudos para reducir la ocurrencia de desgaste en la superficie y el debilitamiento de la hebra.
- En ciertas circunstancias, en especial en procedimientos ortopédicos, se puede realizar una inmovilización con un apoyo externo, a criterio del cirujano.
- Se debe tener cuidado al abrir empaques que contengan soluciones conservantes para evitar las salpicaduras.
- Siga el protocolo de seguridad para objetos punzocortantes para la eliminación de las agujas de sutura.
- No utilizar después de la fecha de vencimiento.

Reacciones adversas
Los efectos adversos relacionados con el uso de este dispositivo incluyen: dehiscencia de la herida, índices de absorción variables a lo largo del tiempo (según el tipo de sutura utilizada, la presencia de infección y el lugar del tejido), falta de apoyo a la herida para el cierre de lugares donde se produzca expansión, estiramiento o distensión, etc., a menos que se brinde apoyo adicional mediante el uso de un material de sutura no absorbible, falta de apoyo adecuado a la herida en pacientes ancianos, malnutridos o debilitados, o en pacientes que padezcan cáncer, anemia, obesidad, diabetes, infección u otras afecciones que puedan retrasar la sanación de la herida, respuesta alérgica en pacientes que padezcan cáncer, anemia, obesidad, diabetes, infección u otras afecciones que puedan retrasar la sanación de la herida, respuesta alérgica en pacientes con sensibilidades conocidas al colágeno o al cromo, que pueden resultar en una reacción inmunitaria que produzca una inflamación, granulación o fibrosis de los tejidos, supuración y sangrado de la herida, además de la formación de una fístula, heridas infectadas, respuesta inflamatoria moderada de tejidos característica de una respuesta frente un cuerpo extraño, formación de cálculos en los tractos urinario y biliar cuando haya un contacto prolongado con soluciones salinas tales como orina y bilis, e irritación local transitoria.

Instrucciones
Cuando la sutura de catgut simple y crómico se coloca en un tejido, se produce una inflamación moderada del tejido, que es una respuesta típica ante un cuerpo extraño. Esto es seguido de una pérdida de resistencia a la tracción y de la masa de sutura, a medida que el proceso de digestión enzimática proteolítica disuelve el catgut quirúrgico.

Este proceso continúa hasta que la sutura se absorbe por completo. Muchos factores variables pueden afectar el índice de absorción. Algunos de los principales factores que pueden afectar la pérdida de resistencia a la tracción y los índices de absorción son:

1. Tipo de sutura: Por lo general, se espera que el catgut simple se absorba más rápidamente que el catgut crómico.
2. Infección: El catgut quirúrgico se absorbe con más rapidez en tejidos infectados que en tejidos no infectados.
3. Lugar del tejido: El catgut quirúrgico se absorbe más rápidamente en los tejidos que tienen mayores niveles de enzimas proteolíticas, como por ejemplo, en las secreciones presentes en el estómago, el cuello uterino y la vagina.

Presentación
Las suturas de catgut simple y crómico vienen estériles, en tamaños U.S.P. de 3-0 a 5-0 en una variedad de longitudes, con agujas acopladas en forma permanente. Estas suturas se suministran estériles.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar entre 15°-25 °C (59°-77 °F). Mantener alejado del calor directo.

Política de devolución de productos
Los productos deben devolverse en paquetes sin abrir, con los sellos del fabricante intactos para ser aceptados para reemplazo o crédito, a menos que se devuelvan debido a defecto del producto. Integra determinará si el producto es defectuoso. Los productos no se aceptarán para reemplazo si han estado en manos del cliente por más de 120 días.

Divulgación de información sobre el producto
INTEGRA Y SUS SUBSIDIARIAS ("INTEGRA") Y EL FABRICANTE RECHAZAN TODAS LAS GARANTÍAS, SALVO LA GARANTÍA CONVENCIONAL VIGENTE DE INTEGRA, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. NI INTEGRA NI EL FABRICANTE SERÁN RESPONSABLES DE PÉRDIDAS FORTUITAS O EMERGENTES, DAÑOS O GASTOS QUE SURJAN EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA DEL USO DE ESTE PRODUCTO. NI INTEGRA NI EL FABRICANTE ASUMEN O AUTORIZAN A NINGUNA PERSONA A ASUMIR POR ELLOS NINGUNA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ADICIONAL RELACIONADA CON ESTOS PRODUCTOS.

Símbolos utilizados en el etiquetado

Fabricante[1]	LOT Número de lote
¡Atención! Consulte las advertencias y precauciones	Consulte las instrucciones de uso
REF Número de catálogo	STERILE R Esterilizado mediante irradiación
Para un solo uso	Fecha de caducidad

Rx ONLY ATENCIÓN: Las leyes federales de EE. UU. restringen la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción médica

[1] Empresa responsable por un dispositivo comercializado con su propio nombre, independientemente de si es "fabricado para" o "fabricado por" la empresa.

Integra York PA, Inc. ▪ 589 Davies Drive, York, PA 17402
866-854-8300 EE. UU. ▪ +1 717-840-2763 fuera de los EE. UU.
+1 717-840-9347 fax
integralife.com/integra-miltex

Integra, el logotipo de Integra y Miltex son marcas registradas de Integra LifeSciences Corporation o sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros países. ©2014 Integra LifeSciences Corporation. Todos los derechos reservados. DENTSUTUREGUT Rev. A 10/12/14

Suture en catgut régulier et chromé Integra® Miltex®

Sutures chirurgicales régulières résorbables, U.S.P.

Sur ordonnance uniquement. MISE EN GARDE : la loi fédérale des États-Unis limite la vente de ce dispositif sur ordonnance ou par un médecin.

Mode d'emploi / Français

Description

Les sutures en catgut régulier et chromé Integra® Miltex® sont des sutures chirurgicales résorbables et stériles, composées de tissus conjonctifs purifiés (majoritairement du collagène) issus de la couche séreuse d'intestins de bœuf (bovins). Elles sont contenues dans une solution composée d'alcool isopropylique à 90 %, de benzoate de sodium à 0,5 %, de diéthyléthanolamine à 0,5 %, q.s. et d'eau distillée pure à 100 %. Le catgut chromé est traité avec une solution saline chromée. Les sutures en catgut chromé et régulier satisfont toutes les exigences établies par la United States Pharmacopeia (U.S.P.) applicables aux sutures chirurgicales résorbables naturelles.

Mode d'emploi

Le catgut régulier et chromé Integra® Miltex® est indiqué pour une utilisation en cas d'approximation et/ou de ligature des tissus mous, notamment lors d'interventions ophtalmiques, mais pas lors d'interventions cardiovasculaires ou neurologiques.

Contre-indications

L'utilisation de ces sutures est contre-indiquée chez les patients présentant une sensibilité ou une allergie au collagène ou au chrome, le catgut étant fabriqué à partir de collagène et le catgut chromé traité avec des solutions salines chromées.

Avertissements

- Ne pas restériliser. Éliminer les sutures ouvertes, non utilisées. Éviter toute exposition prolongée à des températures élevées.
- Comme pour tout corps étranger, le contact prolongé de cette suture ou de toute autre suture avec une solution saline, telles que celles se trouvant dans les appareils urinaire et biliaire, est susceptible d'entraîner la formation de calculs.
- Étant résorbable, cette suture ne doit pas être utilisée lorsqu'une approximation importante des tissus est nécessaire.
- Les utilisateurs doivent être familiarisés avec les techniques et procédures chirurgicales impliquant des sutures en catgut avant d'utiliser les sutures en catgut régulier et chromé pour la fermeture de lésions, car le risque de déhiscence des plaies varie selon le site d'utilisation et le matériel de suture utilisé.
- Certains patients peuvent être particulièrement sensibles au collagène ou au chrome et avoir des réactions immunologiques entraînant une inflammation, une granulation tissulaire ou une fibrose, une suppuration de la lésion et des saignements, ainsi que la formation d'un sinus.
- Il convient de recourir à des pratiques chirurgicales acceptables s'agissant du drainage et de la fermeture des lésions contaminées ou infectées.
- Le chirurgien doit envisager l'utilisation de sutures non résorbables supplémentaires pour la fermeture des sites, lesquels peuvent subir une expansion, s'étirer ou se distendre, ou bien nécessiter un soutien supplémentaire.

Précautions

- Lors de l'utilisation de ce matériel de suture comme de tout autre, prendre soin d'éviter tout endommagement dû à la manipulation. Éviter tout écrasement ou froissement pouvant être causé par l'utilisation d'instruments chirurgicaux tels que des pinces ou des porte-aiguilles.
- L'obtention de nœuds sûrs implique l'emploi d'une technique chirurgicale approuvée utilisant des liens plats, carrés, avec éventuellement des lancers supplémentaires, selon la situation et l'expérience du chirurgien. L'utilisation de lancers supplémentaires peut être particulièrement utile pour nouer des monofilaments.
- Le chirurgien doit éviter toute tension superflue au moment de réaliser les nœuds inférieurs, afin d'éviter que la surface ne s'effiloche et que la pose ne manque de maintien.
- Dans certaines circonstances, notamment lors des interventions orthopédiques, le chirurgien peut décider, à sa discrétion, d'une immobilisation à l'aide d'un soutien externe.
- Faire attention lors de l'ouverture de l'emballage contenant des solutions de conservation, afin d'éviter tout éclaboussement.
- Respecter le protocole de sécurité concernant les objets tranchants lors de l'élimination des aiguilles de suture.
- Ne pas utiliser au-delà de la date d'expiration.

Effets indésirables

Les effets indésirables associées à l'utilisation de ce dispositif incluent :déhiscence de plaie, taux d'absorption variables au fil du temps (selon le type de suture utilisé, la présence éventuelle d'une infection et le site tissulaire), impossibilité à fournir un soutien adéquat à la plaie sur les sites de fermeture sujets à une expansion, un étirement ou une distension etc., sauf si un soutien supplémentaire est fourni grâce à un matériel de suture non résorbable, afin de fournir un soutien adéquat à la plaie chez des patients âgés, souffrant de malnutrition ou affaiblis, ou bien des patients souffrant de cancer, d'anémie, d'obésité, de diabète, d'une infection ou de toute autre pathologie susceptible de retarder la guérison de la plaie, réaction allergique chez des patients présentant une sensibilité au collagène ou au chrome susceptible d'entraîner une réaction immunologique provoquant une inflammation, une granulation tissulaire, une suppuration de la lésion et des saignements, ainsi que la formation d'un sinus, lésions infectées, réaction tissulaire inflammatoire modéréecaractéristique d'une réaction à un corps étranger, formation de calculs dans les appareils urinaire et biliaire en cas de contact prolongé avec des solutions salines telles que l'urine et la bile, et irritation locale transitoire.

Instructions

Lorsqu'une suture en catgut régulier et chromé est placée sur le tissu, une inflammation tissulaire modérée se produit, caractéristique de la réaction à une substance étrangère. S'ensuit une perte de la force de traction et de la masse de suture, lorsque le processus de digestion protéolytique enzymatique entraîne la dissolution du catgut chirurgical.

Ce processus se poursuit jusqu'à la résorption complète de la suture. Nombre de facteurs variables influent sur la vitesse de résorption. Les facteurs les plus importants susceptibles d'affecter la force de traction et la vitesse de résorption incluent :

1. Le type de suture : le catgut régulier se résorbe généralement plus vite que le catgut chromé.
2. Les infections : le catgut chirurgical se résorbe plus vite au sein des tissus infectés qu'au sein des tissus non infectés.
3. Les sites tissulaires : le catgut chirurgical se résorbe plus rapidement au sein des tissus présentant des niveaux d'enzymes protéolytiques élevés, notamment les sécrétions se retrouvant dans l'estomac, l'utérus et le vagin.

Conditionnement

Les sutures en catgut régulier et chromé sont fournies stériles, dans des tailles U.S.P. allant de 3-0 à 5-0 et dans différentes longueurs, avec des aiguilles fixées de façon permanente. Ces sutures sont fournies stériles.

Conditions de stockage :
Conserver à 15°-25°C (59°-77°F). Tenir à l'abri de la chaleur directe.

Politique de retour des marchandises

Les produits doivent être renvoyés dans des emballages fermés et avec les cachets du fabricant intacts pour que le remplacement ou l'octroi d'un crédit soit accepté, à moins que les produits ne soient renvoyés dans le cadre d'une réclamation due à un défaut. Integra se réserve le droit de déterminer si un produit est défectueux ou non. Les produits ne pourront plus être remplacés dès lors qu'ils auront été 120 jours en possession de l'utilisateur.

Avis relatif aux produits

INTEGRA ET SES FILIALES (« INTEGRA »), AINSI QUE LE FABRICANT, EXCLUENT TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, AUTRE QUE LA GARANTIE STANDARD INTEGRA APPLICABLE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE TACITE D'ADÉQUATION COMMERCIALE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. NI INTEGRA, NI LE FABRICANT, NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE EN CAS DE PERTE ACCIDENTELLE OU CAUSALE, DE DOMMAGE OU DE FRAIS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DUS À L'UTILISATION DE CET APPAREIL. INTEGRA ET LE FABRICANT REJETTENT, DIRECTEMENT ET INDIRECTEMENT, TOUTE RESPONSABILITÉ SUPPLÉMENTAIRE RELATIVE À CES PRODUITS.

Symboles utilisés sur l'étiquetage

Fabricant [1]	LOT Numéro de lot
Mise en garde ! Voir les avertissements et les précautions à prendre	Consulter le mode d'emploi
REF Référence	STERILE R Stérilisé par rayonnement
À usage unique exclusivement	Date de péremption

Rx ONLY MISE EN GARDE : selon la loi fédérale des États-unis, ce dispositif ne peut être vendu que sur ordonnance ou par un médecin

[1] Société responsable pour un dispositif commercialisé sous son propre nom, que celui-ci soit « fabriqué pour » ou « fabriqué par » la société.

Integra York PA, Inc. ▪ 589 Davies Drive, York, PA 17402
866-854-8300 États-Unis ▪ +1 717-840-2763 Hors des États-Unis
+1 717-840-9347 fax
integralife.com/integra-miltex

Integra, le logo Integra et Miltex sont des marques déposées de Integra LifeSciences Corporation ou ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2014 Integra LifeSciences Corporation. Tous droits réservés DENTSUTUREGUT Rév. A 12/10/14